

GK-9

APPAREIL DE CONTROLE PNEUMATIQUE NUMERIQUE
DE LA RIGIDITE
DIGITAL PNEUMATIC STIFFNESS TESTER



Il est utilisé pour déterminer la dureté des tissus selon la méthode d'essai de la flexion circulaire ASTM. La valeur de mesure maximale est de 50 kgf.

Il a des caractéristiques de fixation de la valeur maximale et il fonctionne avec l'air pressurisé standard.

L'appareil dispose d'une sortie RS232.

It used to determine the fabrics hardness according to the ASTM Circular Bending Testing Method. The maximum measurement value is 50 kgf.

It has fixation features at the maximum value and the device runs with Standard pressurized air.

Device has RS232 computer output.

NORMES & STANDARDS
ASTM D4032
