GF-2

TESTEUR D'INFLAMMABILITE NFPA 701 (Méthode de Test 1)
NFPA 701 FLAMMABILITY TESTER (Test Method 1)

Le TESTEUR D'INFLAMMABILITE VERTICALE NFPA 701-1 (Méthode 1) est utilisé dans l'observation de la réaction de l'inflammabilité des rideaux, des tentures, des stores et des autres matériaux textiles. L'appareil peut être utilisé dans le test des matériaux ayant une couche unique et des couches multiples. Le test est approprié pour les échantillons de tissus ayant un grammage inférieur à 700g/m2.

NFPA 701 FLAMMABILITY TESTER (Test Method 1), to determine the ignition resistance properties of draperies and other hanging fabrics according to test method NFPA 701 Test Method 1, and it is suitable for single-layer or multi-layer fabrics, but not suitable for fabrics with density larger than 700g/m2.

NORMES & STANDARDS

NFPA 701:2004 Test Method 1

info@gateslab.com